

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

February 14th, 2020**Product code / Código de producto:** KPRO2-E69**Product description / Descripción de producto:** Hygiene Monitoring System. Kit system for detecting residual protein on surfaces / Sistema de Control de Higiene. Kit para la detección de proteínas residuales en superficies.**Batch number / Número de lote:** KPRO2E69101019**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2019-10**Expiration date / Fecha de vencimiento (*):** 2021-10

*Shelf-life is 6 months from manufacture when NOT refrigerated.

Process specification / Especificaciones de proceso: After sample collection and swab immersion into the reactive solution, comparison to a reference color chart allows interpretation of results. / Luego de la toma de muestras y la inmersión del hisopo en la solución reactiva, la comparación con el cuadro de referencia de color permite la interpretación de resultados.**Results interpretation / Interpretación de resultados:** Color change in response to different quantities of protein in accordance with the reference color chart. / Cambio de color en respuesta a diferentes cantidades de proteína de acuerdo a la tabla de referencia de color.**CONCLUSION:** The product batch **KPRO2E69101019** meets the specifications under ISO 15883-1:2006, HTM 01-01:2016 and HTM 01-05:2013. / El lote de producto **KPRO2E69101019** cumple con las especificaciones establecidas en las normativas ISO 15883-1:2006, HTM 01-01:2016 y HTM 01-05:2013.
TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO