

## Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

August 1<sup>st</sup>, 2019

Product code / Código de producto: KPRO2-E69

Product description / Descripción de producto: Hygiene Monitoring System. Kit system for detecting residual protein on surfaces / Sistema de Control de Higiene. Kit para la detección de proteínas residuales en superficies.

Batch number / Número de lote: KPRO2E69240719

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-07

Expiration date / Fecha de vencimiento (\*): 2021-07

\*Shelf-life is 6 months from manufacture when NOT refrigerated.

Process specification / Especificaciones de proceso: After sample collection and swab immersion into the reactive solution, comparison to a reference color chart allows interpretation of results. / Luego de la toma de muestras y la inmersión del hisopo en la solución reactiva, la comparación con el cuadro de referencia de color permite la interpretación de resultados.

Results interpretation / Interpretación de resultados: Color change in response to different quantities of protein in accordance with the reference color chart. / Cambio de color en respuesta a diferentes cantidades de proteína de acuerdo a la tabla de referencia de color.

**CONCLUSION:** The product batch **KPRO2E69240719** meets the specifications under ISO 15883-1:2006, HTM 01-01:2016 and HTM 01-05:2013. / El lote de producto **KPRO2E69240719** cumple con las especificaciones establecidas en las normativas ISO 15883-1:2006, HTM 01-01:2016 y HTM 01-05:2013.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO