

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

July 26th, 2019**Product code / Código de producto:** KCCDER1**Product description / Descripción de producto:** Cleaning Challenge Device Kit for Automatic Endoscope Reprocessors and/or Automatic Thermodisinfecting Washers. / Kit de Dispositivo de Desafío de Lavado para Lavadoras Reprocesadoras Automáticas de endoscopios y/o Lavadoras Termo-Desinfectadoras.**Batch number / Número de lote:** KCCDER1A160719**Components / Componentes:****Product code / Código de Producto:** CDWE**Product description / Descripción de producto:** Self-adhesive Cleaning Indicator for endoscope cleaning performance tests in Automatic Endoscope Reprocessors. / Indicador Auto-adhesivo de Lavado para control de la eficacia de lavado de endoscopios en Lavadoras Reprocesadoras Automáticas.**Batch number / Número de lote:** CDWE160719**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2019-07**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2024-07**Final result / Resultado final:** Removal of fuchsia organic substance. / Eliminación de la sustancia orgánica fucsia.

Parameters determined at the time of manufacturing comply with ISO/TS 15883-5. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares ISO/TS 15883-5.

CONCLUSION: The product batch **CDWE160719** meets the specifications under ISO/TS 15883-5. / El lote de producto **CDWE160719** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO/TS 15883-5.

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

Product code / Código de producto: CCDER1

Product description / Descripción de producto: Cleaning Challenge Device for Automatic Endoscope Reprocessors. / Dispositivo de Desafío de Lavado para Lavadoras Reprocesadoras Automáticas de endoscopios.

Batch number / Número de lote: CCDER1040719

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-07

Shelf-life plastic capsule / Período de vida útil cápsula plástica: 250 cycles. / 250 ciclos.

Structural components / Componentes estructurales

Plastic tube / Tubo plástico: 2 m length and 1 mm internal diameter. / 2 m de longitud y 1 mm de diámetro interno.

Perforated plastic capsule / Cápsula de plástico perforada: Able to hold cleaning indicator CDWE. / Capaz de alojar el indicador de lavado CDWE.

Luer-lock connector / Terminal luer-lock: Enables connection to Automatic Endoscope Reprocessors terminals. / Permite su conexión a la lavadora reprocesadora automática.

CONCLUSION: The product batch **KCCDER1A160719** meets the specifications under and ISO/TS 15883-5:2005. / El lote de producto **KCCDER1A160719** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO/TS 15883-5:2005.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO