

December 17th, 2021**Product code / Código de producto:** L1**Product description / Descripción de producto:** Cleaning Challenge Kit Device for Automatic Endoscope Reprocessors. / Kit de Dispositivo de Desafío de Lavado para Lavadoras Reprocesadoras Automáticas de endoscopios.**Batch number / Número de lote:** B10657**Components:****Product code / Código de producto:** CDWE**Product description / Descripción de producto:** Self-adhesive Cleaning Indicator for endoscope cleaning performance tests in Automatic Endoscope Reprocessors. / Indicador Auto-adhesivo de Lavado para control de la eficacia de lavado de endoscopios en Lavadoras Reprocesadoras Automáticas.**Batch number / Número de lote:** CDWE100919**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2019-09**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2024-09**Final result / Resultado final:** Removal of fuchsia organic substance. / Eliminación de la sustancia orgánica fucsia.

Parameters determined at the time of manufacturing comply with ISO/TS 15883-5. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares ISO/TS 15883-5.

CONCLUSION: The product batch CDWE100919 meets the specifications under ISO/TS 15883-5. / El lote de producto CDWE100919 cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO/TS 15883-5.

Product code / Código de producto: CCDER1**Product description / Descripción de producto:** Cleaning Challenge Device for Automatic Endoscope Reprocessors. / Dispositivo de Desafío de Lavado para Lavadoras Reprocesadoras Automáticas de endoscopios.**Batch number / Número de lote:** B10661**Structural components / Componentes estructurales:**

Polytetrafluoroethylene tube / Tubo de politetrafluoroetileno: 2 m length and 1 mm internal diameter / 2 m de longitud y 1 mm de diámetro interno.

Plastic device / Dispositivo de plástico: Able to hold cleaning indicator CDWE. / Capaz de alojar el indicador de lavado CDWE.

Input terminal / Terminal de entrada: Enables connection to Automatic Endoscope Reprocessors terminals. / Permite su conexión a la lavadora reprocesadora automática.

CONCLUSION: The product batch **B10657** meets the specifications under ISO 15883-4 and ISO/TS 15883-5 regulation. / El lote de producto **B10657** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO 15883-4 e ISO/TS 15883-5.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO