

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

October 23rd, 2019**Product code / Código de producto:** LUMENIA2**Product description / Descripción de producto:** Cleaning Challenge Kit Device for Automatic Endoscope Reprocessors. / Kit de Dispositivo de Desafío de Lavado para Lavadoras Reprocesadoras Automáticas de endoscopios.**Batch number / Número de lote:** LUMENIA2A160819**Components:****Product code / Código de producto:** CDWE**Product description / Descripción de producto:** Self-adhesive Cleaning Indicator for endoscope cleaning performance tests in Automatic Endoscope Reprocessors. / Indicador Auto-adhesivo de Lavado para control de la eficacia de lavado de endoscopios en Lavadoras Reprocesadoras Automáticas.**Batch number / Número de lote:** CDWE160819**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2019-08**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2024-08**Final result / Resultado final:** Removal of fuchsia organic substance. / Eliminación de la sustancia orgánica fucsia.

Parameters determined at the time of manufacturing comply with ISO/TS 15883-5. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares ISO/TS 15883-5.

CONCLUSION: The product batch **CDWE160819** meets the specifications under ISO/TS 15883-5. / El lote de producto **CDWE160819** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO/TS 15883-5.

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

Product code / Código de producto: LUMENIA CCDER2

Product description / Descripción de producto: Cleaning Challenge Device for Automatic Endoscope Reprocessors. / Dispositivo de Desafío de Lavado para Lavadoras Reprocesadoras Automáticas de endoscopios.

Batch number / Número de lote: CCDER2181019

Shelf-life plastic capsule / Período de vida útil cápsula plástica: 250 cycles. / 250 ciclos.

Structural components / Componentes estructurales:

Polytetrafluoroethylene tube / Tubo de politetrafluoroetileno: 2 m length and 2 mm internal diameter. / 2 m de longitud y 2 mm de diámetro interno.

Plastic device / Dispositivo de plástico: Able to hold cleaning indicator CDWE. / Capaz de alojar el indicador de lavado CDWE.

Input terminal / Terminal de entrada: Enables connection to Automatic Endoscope Reprocessors terminals. / Permite su conexión a la lavadora reprocesadora automática.

CONCLUSION: The product batch **LUMENIA2A160819** meets the specifications under and ISO/TS 15883-5. / El lote de producto **LUMENIA2A160819** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO/TS 15883-5.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO