

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

July 27th, 2017**Productcode / Código de Producto:** CCDER1**Product description / Descripción de producto:** Cleaning Challenge Kit Device for Automatic Endoscope Reprocessors./ Dispositivo de Desafío de Lavado para Lavadoras Desinfectadoras Automáticas de endoscopios.**Batch number / Número de Lote:** CCDER1100217**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2017-02**Shelf-life / período de vida útil:** 250 cycles. / 250 ciclos.**STRUCTURAL COMPONENTS / COMPONENTES ESTRUCTURALES****Plastic tube / tubo plástico:** 2 m length and 1 mm internal diameter / 2 m de longitud y 1 mm de diámetro interno.**Perforated plastic capsule / Cápsula de plástico perforada:** Able to hold cleaning indicator CDWE./Capaz de alojar el indicador de lavado CDWE.**Luer-lock connector / Terminal luer-lock:** Enables connection to Automatic Endoscope Reprocessors terminals./Permite su conexión a la lavadora desinfectadora automática.**CONCLUSION:** The product batch **CCDER1100217** meets the specifications under and ISO/TS 15883-5:2005. El lote de producto **CCDER1100217** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO/TS 15883-5:2005.
TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO