



August 25th, 2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CCDER1

Product description / Descripción de producto: Cleaning Challenge Kit Device for Automatic Endoscope Reprocessors./ Dispositivo de Desafío de Lavado para Lavadoras Desinfectadoras Automáticas de endoscopios.

Batch number / Número de Lote: CCDER1260716

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2016-07

Shelf-life / período de vida útil: 250 cycles. / 250 ciclos.

STRUCTURAL COMPONENTS / COMPONENTES ESTRUCTURALES

Plastic tube / tubo plástico: 2 m length and 1 mm internal diameter / 2 m de longitud y 1 mm de diámetro interno.

Perforated plastic capsule/Cápsula de plástico perforada: Able to hold cleaning indicator CDWE./ Capaz de alojar el indicador de lavado CDWE.

Luer-lock connector/Terminal luer-lock: Enables connection to Automatic Endoscope Reprocessors terminals./ Permite su conexión a la lavadora desinfectadora automática.

CONCLUSION: The product batch **CCDER1260716** meets the specifications under and ISO/TS 15883-5:2005. El lote de producto **CCDER1260716** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO/TS 15883-5:2005.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO