

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

August 24th, 2017

Productcode / Código de Producto: CCDER1

Product description / Descripción de producto: Cleaning Challenge Kit Device for Automatic Endoscope Reprocessors./ Dispositivo de Desafío de Lavado para Lavadoras Desinfectadoras Automáticas de endoscopios.

Batch number / Número de Lote: CCDER1280717

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-07

Shelf-life / período de vida útil: 250 cycles. / 250 ciclos.

STRUCTURAL COMPONENTS / COMPONENTES ESTRUCTURALES

Plastictube / tubo plástico: 2 m length and 1 mm internal diameter / 2 m de longitud y 1 mm de diámetro interno.

Perforated plastic capsule / Cápsula de plástico perforada: Able to hold cleaning indicator CDWE./Capaz de alojar el indicador de lavado CDWE.

Luer-lock connector / Terminal luer-lock: Enables connection to Automatic Endoscope Reprocessors terminals./Permite su conexión a la lavadora desinfectadora automática.

CONCLUSION: The product batch **CCDER1280717** meets the specifications under and ISO/TS 15883-5:2005. El lote de producto **CCDER1280717** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO/TS 15883-5:2005.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO