

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

August 3rd, 2018

Product code / Código de producto: CCDER1

Product description / Descripción de producto: Cleaning Challenge Device for Automatic Endoscope Reprocessors. / Dispositivo de Desafío de Lavado para Lavadoras Reprocesadoras Automáticas de endoscopios.

Batch number / Número de lote: CCDER1010818

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-08

Shelf-life / período de vida útil: 250 cycles. / 250 ciclos.

Structural components / Componentes estructurales

Plastic tube / tubo plástico: 2 m length and 1 mm internal diameter / 2 m de longitud y 1 mm de diámetro interno.

Perforated plastic capsule / Cápsula de plástico perforada: Able to hold cleaning indicator CDWE. / Capaz de alojar el indicador de lavado CDWE.

Luer-lock connector / Terminal luer-lock: Enables connection to Automatic Endoscope Reprocessors terminals. / Permite su conexión a la Lavadora Reprocesadora Automática.

CONCLUSION: The product batch **CCDER1010818** meets the specifications under and ISO/TS 15883-5:2005. / El lote de producto **CCDER1010818** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO/TS 15883-5:2005.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO