

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

March 2nd, 2018**Product code / Código de producto:** CCDER122**Product description / Descripción de producto:** Cleaning Challenge Device for Automatic Endoscope Reprocessors. / Dispositivo de Desafío de Lavado para Lavadoras Reprocesadoras Automáticas de endoscopios.**Batch number / Número de lote:** CCDER122040118**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2018-01**Shelf-life / Período de vida útil:** 250 cycles. / 250 ciclos.**Structural components / Componentes estructurales****Plastic tubes / Tubos plásticos:** Three tubes: two tubes have 2m length and 2 mm internal diameter and a tube has 2m length and 1mm internal diameter. / Tres tubos: dos tubos tienen 2 m de longitud y 2 mm de diámetro interno y un tubo tiene 2m de longitud y 1mm de diámetro.**Perforated plastic capsules / Cápsulas de plástico perforadas:** Able to hold cleaning indicator CDWE. / Capaces de alojar el indicador de lavado CDWE.**Luer-lock connectors / Terminales luer-lock:** Enable connection to Automatic Endoscope Reprocessors terminals. / Permiten su conexión a la Lavadora Reprocesadora Automática.**CONCLUSION:** The product batch **CCDER122040118** meets the specifications under and ISO/TS 15883-5:2005. El lote de producto **CCDER122040118** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO/TS 15883-5:2005.
TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO