

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

March 2nd, 2018

Product code / Código de producto: CCDER2

Product description / Descripción de producto: Cleaning Challenge Device for Automatic Endoscope Reprocessors. / Dispositivo de Desafío de Lavado para Lavadoras Reprocesadoras Automáticas de endoscopios.

Batch number / Número de lote: CCDER2090218

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-02

Shelf-life / Período de vida útil: 250 cycles. / 250 ciclos.

Structural components / Componentes estructurales

Plastic tube / Tubo plástico: 2 m length and 2 mm internal diameter / 2 m de longitud y 2 mm de diámetro interno.

Perforated plastic capsule / Cápsula de plástico perforada: Able to hold cleaning indicator CDWE./Capaz de alojar el indicador de lavado CDWE.

Luer-lock connector / Terminal luer-lock: Enables connection to Automatic Endoscope Reprocessors terminals. / Permite su conexión a la Lavadora Reprocesadora Automática.

CONCLUSION: The product batch **CCDER2090218** meets the specifications under and ISO/TS 15883-5:2005. El lote de producto **CCDER2090218** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO/TS 15883-5:2005.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO