

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

April 3rd, 2019**Product code / Código de producto:** CCDER2**Product description / Descripción de producto:** Cleaning Challenge Device for Automatic Endoscope Reprocessors and/or Automatic Thermodisinfecting Washers. / Dispositivo de Desafío de Lavado para Lavadoras Reprocesadoras Automáticas de endoscopios y/o Lavadoras Termo-Desinfectadoras.**Batch number / Número de lote:** CCDER2180319**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2019-03**Shelf-life / período de vida útil:** 250 cycles. / 250 ciclos.**Structural components / Componentes estructurales****Plastic tube / Tubo plástico:** 2 m length and 2 mm internal diameter. / 2 m de longitud y 2 mm de diámetro interno.**Perforated plastic capsule / Cápsula de plástico perforada:** Able to hold cleaning indicator CDWE. / Capaz de alojar el indicador de lavado CDWE.**Luer-lock connector / Terminal luer-lock:** Enables connection to Automatic Endoscope Reprocessors and/or Automatic Thermodisinfecting Washers with available connector terminals. / Permite su conexión a la Reprocesadoras Automáticas para Endoscopios y/o Lavadoras Termo-Desinfectadoras Automáticas que posean conectores disponibles.**CONCLUSION:** The product batch **CCDER2180319** meets the specifications under and ISO/TS 15883-5:2005. El lote de producto **CCDER2180319** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO/TS 15883-5:2005.
TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO