

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

December 3rd, 2019

Product code / Código de producto: Lumenia CCDER2

Product description / Descripción de producto: Cleaning Challenge Device for Automatic Endoscope Reprocessors. / Dispositivo de Desafío de Lavado para Lavadoras Reprocesadoras Automáticas de endoscopios.

Batch number / Número de lote: CCDER2071119

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-11

Structural components / Componentes estructurales

Plastic tube / Tubo plástico: 2 m length and 2 mm internal diameter. / 2 m de longitud y 2 mm de diámetro interno.

Perforated plastic capsule / Cápsula de plástico perforada: Able to hold cleaning indicator CDWE. / Capaz de alojar el indicador de lavado CDWE.

Luer-lock connector / Terminal luer-lock: Enables connection to Automatic Endoscope Reprocessors. / Permite su conexión a la Reprocesadoras Automáticas para Endoscopios.

CONCLUSION: The product batch **CCDER2071119** meets the specifications under and ISO/TS 15883-5:2005. El lote de producto **CCDER2071119** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO/TS 15883-5:2005.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO