

September 29th, 2022**Product code / Código de producto:** LSF1**Product description / Descripción de producto:** Challenge Kit designed to evaluate the effectiveness of flexible endoscopes cleaning to be reprocessed in Automatic Endoscope Reprocessors. / Kit de desafío para monitoreo de la efectividad de limpieza de endoscopios flexibles a reprocesar en Lavadoras Reprocesadoras Automáticas.**Batch number / Número de lote:** B20530**Components:****Product code / Código de producto:** CDWE**Product description / Descripción de producto:** Self-adhesive Cleaning Indicator for endoscope cleaning performance tests in Automatic Endoscope Reprocessors. / Indicador Auto-adhesivo de Lavado para control de la eficacia de lavado de endoscopios en Lavadoras Reprocesadoras Automáticas.**Batch number / Número de lote:** B20378**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2022-07**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2027-07**Final result / Resultado final:** Removal of fuchsia organic substance. / Eliminación de la sustancia orgánica fucsia.

Parameters determined at the time of manufacturing comply with ISO/TS 15883-5. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares ISO/TS 15883-5.

CONCLUSION: The product batch **B20378** meets the specifications under ISO/TS 15883-5. / El lote de producto **B20378** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO/TS 15883-5.**Product code / Código de producto:** CCDER61**Product description / Descripción de producto:** Cleaning Challenge Device for Automatic Endoscope Reprocessors. / Dispositivo de Desafío de Lavado para Lavadoras Reprocesadoras Automáticas de endoscopios.**Batch number / Número de lote:** CCDER61290420**Structural components / Componentes estructurales:****Plastic tube / Tubo de plástico:** 3 plastic tubes of 1.5 m length and 1 mm internal diameter / 3 tubos plásticos de 1,5 m de longitud y 1 mm de diámetro interno.

2 plastic tubes of 1.5 m length and 2 mm internal diameter / 2 tubos plásticos de 1,5 m de longitud y 2 mm de diámetro interno.

1 plastic tube of 1.5 m length and 4 mm internal diameter / 1 tubo plástico de 1,5 m de longitud y 4 mm de diámetro interno.

Plastic device / Dispositivo de plástico: Able to hold cleaning indicator CDWE. / Capaz de alojar el indicador de lavado CDWE.

Connectors / Conectores: Enables connection to Automatic Endoscope Reprocessors terminals. / Permite su conexión a la lavadora reprocesadora automática.

CONCLUSION: The product batch **B20530** meets the specifications under ISO 15883-5 regulation. / El lote de producto **B20530** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO/TS 15883-5.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO