

March 14th, 2024Product code / Código de producto: PRO1VT

Product description / Descripción de producto: Validation Kit. System for efficacy validation of the PRO1 MICRO Hygiene Monitoring System / Kit de Validación. Sistema para la validación de la eficacia del Sistema de Monitoreo de Higiene PRO1 MICRO.

Batch number / Número de Lote: C40024Manufacture date / Fecha de fabricación: 2024-03Expiration date / Fecha de vencimiento*: 2026-02

* When stored refrigerated (4°C) / Cuando se almacena refrigerado (4°C).

Standard protein amount (Positive Control) / Cantidad de proteína estándar (Control Positivo): 6.0 ± 1.0 µg.

Process specification / Especificaciones de proceso: Incubate for 7 minutes at (60 ± 2) °C using Bionova® IC10/20FR or IC10/20FRLCD incubators. Incubate for 4 minutes at (60 ± 2) °C using Bionova® MiniPro incubator. / Incubar por 7 minutos a (60 ± 2) °C utilizando las incubadoras IC10/20FR o IC10/20FRLCD. Incubar por 4 minutos a (60 ± 2) °C utilizando la incubadora Bionova® MiniPro.

Results interpretation / Interpretación de resultados:

- *Negative Control / Control Negativo (PRO1VTN): Green / Verde.*
- *Positive Control / Control Positivo (PRO1VTP): Light Purple – Purple / Púrpura Claro – Púrpura*

Parameters determined at the time of manufacturing comply with ISO 15883-1, HTM 01-01 and HTM 01-05. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares ISO 15883-1, HTM 01-01 y HTM 01-05.

CONCLUSION: The product batch C40024 meets the specifications under ISO 15883-1, HTM 01-01 and HTM 01-05. / El lote de producto C40024 cumple con las especificaciones establecidas en las normativas ISO 15883-1, HTM 01-01 y HTM 01-05.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO