



20-09-2012



TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: BD125X/1

Product description / Descripción de producto: Bowie & Dick Test Pack with warning sheet for steam sterilization processes (16 mm x 125 mm. x 125 mm.). Class 2 (EN ISO 11140-1:2009) /Paquete de prueba de Bowie & Dick con hoja de alerta para procesos de esterilización por vapor (16 mm x 125 mm. x 125 mm.). Clase 2 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: BD134072012

Manufacture date / Fecha de fabricación: 07.2012

Expiration date / Fecha de vencimiento: 07.2017

Transition color / Color de Transición: Turns to black / Vira a negro

Process specification / Especificaciones de proceso: 134 °C - 3,5 min, STEAM.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusión: The product batch **BD134072012** meets the specifications in accordance with USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **BD134072012** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrian Rovetto
DIRECTOR TECNICO

Terragene S.R.L.

Güemes 2879 - 2000 Rosario - Santa Fe - Argentina

Tel.: +54 341 4362015 / 4306245 / 4300446 / 4300616

www.terragene.com.ar