



15-10-2012

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**Product code / Código de Producto:** BD125X/1

Product description / Descripción de producto: Bowie & Dick Test Pack with warning sheet for steam sterilization processes (16 mm x 125 mm x 125 mm). Class 2 (EN ISO 11140-1:2009) / Paquete de prueba de Bowie & Dick con hoja de alerta para procesos de esterilización por vapor (16 mm x 125 mm x 125 mm). Clase 2 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de Lote: BD134102012**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 10.2012**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 10.2017**Transition color / Color de Transición:** Turns to black / Vira a negro**Process specification / Especificaciones de proceso:** 134 °C - 3,5 min, STEAM.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusión: The product batch **BD134102012** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **BD134102012** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO