



10-06-13

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: BD125X/1

Product description / Descripción de producto: Bowie & Dick Test Pack with warning sheet for steam sterilization processes (16 mm x 125 mm. x 125 mm.). Class 2 (EN ISO 11140-1:2009) /Paquete de prueba de Bowie & Dick con hoja de alerta para procesos de esterilización por vapor (16 mm x 125 mm. x 125 mm.). Clase 2 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: BD1341062013

Manufacture date / Fecha de fabricación: 06.2013

Expiration date / Fecha de vencimiento: 06.2018

Transition color / Color de Transición: Turns to black / Vira a negro

Process specification / Especificaciones de proceso: 134 °C - 3,5 min, STEAM.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusión: The product batch **BD1341062013** meets the specifications in accordance with USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **BD1341062013** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO