



October 15<sup>th</sup>, 2014

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / Código de Producto:** BD125X/1

**Product description / Descripción de producto:** Bowie & Dick Test Pack with Warning Sheet for Steam sterilization processes (12.5 cm x 11.3 cm x 1.6 cm) Class 2 (EN ISO 11140-1:2009 and EN ISO 11140-4:2007) / Paquete de Prueba Bowie & Dick con Hoja de Alerta para procesos de esterilización por Vapor (12.5 cm x 11.3 cm x 1.6 cm) Clase 2 (EN ISO 11140-1:2009 y EN ISO 11140-4:2007).

**Batch number / Número de Lote:** BD1341102014

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 10.2014

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 10.2019

**Transition color / Color de Transición:** Turns to Black / Vira a Negro

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 3.5 minutes, 134 °C

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140 (parts 1 and 4). The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140 (partes 1 y 4). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** The product batch **BD1341102014** meets the specifications under USP and EN ISO 11140 (parts 1 and 4) regulation. / El lote de producto **BD1341102014** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140 (partes 1 y 4).



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO