



January 20th, 2015

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: BD125X/1

Product description / Descripción de producto: Bowie & Dick Test Pack for Steam sterilization processes with Warning Sheet (125 mm x 113 mm x 16 mm). Class 2 (EN ISO 11140 parts 1 and 4) / Paquete de prueba Bowie & Dick para esterilización por Vapor con Hoja de Alerta (125 mm x 113 mm x 16 mm) Clase 2 (EN ISO 11140 partes 1 y 4)

Batch number / Número de lote: BD1341150115

Manufacture date / Fecha de fabricación: 01.2015

Expiration date / Fecha de vencimiento: 01.2020

Transition color / Color de Transición: Turns to Black/Vira a Negro.

Process specification / Especificaciones de proceso: 134 °C – 3.5 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and EN ISO 11140 standards (parts 1 and 4). The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y EN ISO 11140 (partes 1 y 4). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **BD1341150115** meets the specifications under USP and EN ISO 11140 regulation (parts 1 and 4) / El lote de producto **BD1341150115** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140 (partes 1 y 4).



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO