

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

September 27th, 2019

Product code / Código de producto: BD125X/1

Product description / Descripción de producto: Bowie & Dick Test Pack for Steam sterilization processes with Warning Sheet (125 mm x 113 mm x 16 mm). Type 2 (ISO 11140 parts 1 and 5). / Paquete de prueba Bowie & Dick para esterilización por Vapor con Hoja de Alerta (125 mm x 113 mm x 16 mm). Tipo 2 (ISO 11140 partes 1 y 5).

Batch number / Número de Lote: BD1341090919

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-09

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2024-09

Transition color / Color de Transición: Turns to Dark Brown/Black / Vira a Marrón Oscuro/Negro.

Process specifications / Especificaciones de proceso: 3.5 min. - 134 °C // 4 min. - 132 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140 standards (parts 1 and 5). The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP e ISO 11140 (partes 1 y 5). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **BD1341090919** meets the specifications under USP and ISO 11140 regulation (parts 1 and 5). / El lote de producto **BD1341090919** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140 (partes 1 y 5).


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO