



06-2013

**TERRAGENE**  
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / Código de Producto:** BD125X/2

**Product description / Descripción de producto:** Bowie & Dick Test Pack for steam sterilization processes (12.5 cm x 12.5 cm. x 1.6 cm.). Class 2 (EN ISO 11140-1:2009) / Paquete de prueba de Bowie & Dick para procesos de esterilización por vapor (12.5 cm x 12.5 cm. x 1.6 cm.). Clase 2 (EN ISO 11140-1:2009)

**Batch number / Número de Lote:** BD1342062013

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 06.2013

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 06.2018

**Transition color / Color de Transición:** Turns to black / Vira a Negro

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 134 °C - 3,5 min, STEAM.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**Conclusión:** The product batch **BD1342062013** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **BD1342062013** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.R.L.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO