



September 28th, 2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: BD125X/2

Product description / Descripción de producto: Bowie & Dick Test Pack for Steam sterilization processes (125 mm x 125 mm x 16 mm). Type 2 (ISO 11140:2014 parts 1 and 4) / Paquete de Prueba Bowie & Dick para procesos de esterilización por Vapor (125 mm x 125 mm x 16 mm). Tipo 2 (ISO 11140:2014 partes 1 y 4).

Batch number / Número de lote: BD1342030616

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2016-06

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2021-06

Transition color / Color de Transición: Turns to Black/Vira a Negro.

Process specification / Especificaciones de proceso: 134 °C –3.5 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140:2014 standards (parts 1 and 4). The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140:2014 (partes 1 y 4). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **BD1342030616** meets the specifications under USP and ISO 11140:2014 regulation (parts 1 and 4) / El lote de producto **BD1342030616** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140:2014 (partes 1 y 4).



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO