



July 24th, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: BD125X/2

Product description / Descripción de producto: Bowie & Dick Test Pack for Steam sterilization processes (12.5 cm x 12.5 cm x 1.6 cm) Class 2 (EN ISO 11140-1:2009 and EN ISO 11140-4:2007) / Paquete de Prueba Bowie & Dick para procesos de esterilización por Vapor (12.5 cm x 12.5 cm x 1.6 cm) Clase 2 (EN ISO 11140-1:2009 y EN ISO 11140-4:2007).

Batch number / Número de Lote: BD1342072014

Manufacture date / Fecha de fabricación: 07.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 07.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to Black / Vira a Negro

Process specification / Especificaciones de proceso: 3.5 minutes, 134 °C

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140 (parts 1 and 4). The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140 (partes 1 y 4). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **BD1342072014** meets the specifications under USP and EN ISO 11140 (parts 1 and 4) regulation. / El lote de producto **BD1342072014** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140 (partes 1 y 4).



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO