



November 13th, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: BD125X/2

Product description / Descripción de producto: Bowie & Dick Test Pack for Steam sterilization processes (125 mm x 125 mm x 16 mm) Class 2 (EN ISO 11140-1:2009 and EN ISO 11140-4:2007) / Paquete de Prueba Bowie & Dick para procesos de esterilización por Vapor (125 mm x 125 mm x 16 mm) Clase 2 (EN ISO 11140-1:2009 y EN ISO 11140-4:2007).

Batch number / Número de lote: BD1342111114

Manufacture date / Fecha de fabricación: 11.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 11.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to Black / Vira a Negro.

Process specification / Especificaciones de proceso: 134 °C – 3.5 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP and ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: Product batch **BD1342111114** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2009 / El lote de producto **BD1342111114** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP and ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO