



June 29<sup>th</sup>, 2016

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / código de Producto:** BD125X/2

**Product description / Descripción de producto:** Bowie & Dick Test Pack for Steam sterilization processes (125 mm x 125 mm x 16 mm). Type 2 (ISO 11140 parts 1 and 4) / Paquete de Prueba Bowie & Dick para procesos de esterilización por Vapor (125 mm x 125 mm x 16 mm). Tipo 2 (ISO 11140 partes 1 y 4).

**Batch number / Número de lote:** BD1342150416

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 15.04.16

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 15.04.21

**Transition color / Color de Transición:** Turns to Black/Vira a Negro.

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 134 °C –3.5 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140 standards (parts 1 and 4). The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140 (partes 1 y 4). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **BD1342150416** meets the specifications under USP and ISO 11140 regulation (parts 1 and 4) / El lote de producto **BD1342150416** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y ISO 11140 (partes 1 y 4).



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO