

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

February 20th, 2018Product code / Código de Producto: BD125X/2

Product description / Descripción de producto: Bowie & Dick Test Pack for Steam sterilization processes (125 mm x 125 mm x 16 mm). Type 2 (ISO 11140 parts 1 and 4) / Paquete de prueba Bowie & Dick para esterilización por Vapor (125 mm x 125 mm x 16 mm) Tipo 2 (ISO 11140 partes 1 y 4)

Batch number / Número de Lote: BD1342281217Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-12Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-12Transition color / Color de Transición: Turns to Dark Brown/Black/Vira a Marrón Oscuro/Negro.Process specificationS / Especificaciones de proceso: 134 °C – 3.5 min. // 132 °C – 4 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140 standards (parts 1 and 4). The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP e ISO 11140 (partes 1 y 4). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **BD1342281217** meets the specifications under USP and ISO 11140 regulation (parts 1 and 4). / El lote de producto **BD1342281217** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140 (partes 1 y 4).



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO