

April 17th, 2026**Product code / Código de producto:** BD125X/2**Product description / Descripción de producto:** Bowie-Dick Test Pack for steam sterilization processes (125 mm x 125 mm x 16 mm). Type 2 (according to ISO 11140-1:2014 standard). / Paquete de prueba de Bowie-Dick para esterilización por vapor (125 mm x 125 mm x 16 mm). Tipo 2 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B60178**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2026-04-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2031-03-31**Transition color / Color de transición:** Turns to dark brown/black / Vira a marrón oscuro/negro.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 134 °C - 3.5 min. // 132 °C - 4 min. // 121 °C - 16.9 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 and ISO 11140-4:2007 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con las normas ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-4:2007. Los valores presentes en este certificado son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **B60178** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 and ISO 11140-4:2007 standards. / El lote de producto **B60178** es conforme a las especificaciones establecidas en las normas ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-4:2007.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO