Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

June 26th, 2019

Product code / Código de Producto: BD125X/3P

Product description / Descripción de producto: Bowie & Dick Test Pack for Steam sterilization processes (125 mm x 125 mm x 30 mm). Type 2 (ISO 11140 parts 1 and 4) / Paquete de prueba de Bowie & Dick para procesos de esterilización por Vapor (125 mm x 125 mm x 30 mm). Tipo 2 (ISO 11140 partes 1 y 4).

Batch number / Número de Lote: BD1343P110619

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-06

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2024-06

Transition color / Color de Transición: Turns to Green/Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: 134°C - 3.5 min // 132°C – 4 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140 standards (parts 1 and 4). The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140 (partes 1 y 4). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **BD1343P110619** metes the specifications under USP and ISO 11140 regulation (parts 1 and 4). / El lote de producto **BD1343P110619** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140 (partes 1 y 4).

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO