



August 1st, 2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: BD125X10/2

Product description / Descripción de producto: Bowie & Dick Test Pack for Steam sterilization processes (125 mm x 125 mm x 16 mm). Type 2 (ISO 11140-1:2014 and ISO 11140-4:2007) / Paquete de Prueba Bowie & Dick para procesos de esterilización por Vapor (125 mm x 125 mm x 16 mm). Tipo 2 (ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-4:2007).

Batch number / Número de lote: BD102070716

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2016-07

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2021-07

Transition color / Color de Transición: Turns to Dark Brown/Black /Vira a Marrón Oscuro/Negro.

Process specification / Especificaciones de proceso: 121 °C - 10 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP, ISO 11140-1:2014 and ISO 11140-4:2007 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP, ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-4:2007. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **BD102070716** meets the specifications under USP, ISO 11140-1:2014 and ISO 11140-4:2007 regulation / El lote de producto **BD102070716** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP, ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-4:2007.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO