



August 23<sup>rd</sup>, 2016

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / código de Producto:** BD125X10/2

**Product description / Descripción de producto:** Bowie & Dick Test Pack for Steam sterilization processes (125 mm x 125 mm x 16 mm). Type 2 (ISO 11140-1:2014 and ISO 11140-4:2007) / Paquete de Prueba Bowie & Dick para procesos de esterilización por Vapor (125 mm x 125 mm x 16 mm). Tipo 2 (ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-4:2007).

**Batch number / Número de lote:** BD102120616

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2016-06

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2021-06

**Transition color / Color de Transición:** Turns to Dark Brown/Black /Vira a Marrón Oscuro/Negro.

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 121 °C - 10 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP, ISO 11140-1:2014 and ISO 11140-4:2007 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP, ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-4:2007. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **BD102120616** meets the specifications under USP, ISO 11140-1:2014 and ISO 11140-4:2007 regulation / El lote de producto **BD102120616** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP, ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-4:2007.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO