

May 6th, 2026**Product code / Código de producto:** BD125X10/2**Product description / Descripción de producto:** Bowie-Dick Test Pack for steam sterilization processes (125 mm x 125 mm x 16 mm). Type 2 (according to ISO 11140-1:2014 standard). / Paquete de Prueba Bowie-Dick para procesos de esterilización por vapor (125 mm x 125 mm x 16 mm). Tipo 2 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B60227**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2026-05-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2031-04-30**Transition color / Color de transición:** Turns to dark brown/black. / Vira a marrón oscuro/negro.**Endpoint condition / Condición del punto final:** 121 °C - 10 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 and ISO 11140-4:2007 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con las normas ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-4:2007. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **B60227** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 and ISO 11140-4:2007 standards. / El lote de producto **B60227** es conforme a las especificaciones establecidas en las normas ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-4:2007.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO