

January 13th, 2026**Product code / Código de producto:** BD8948X/1**Product description / Descripción de producto:** Bowie-Dick Test Card for steam sterilization processes. Type 2 (according to ISO 11140-1:2014 standard). / Tarjeta de Prueba de Bowie-Dick para procesos de esterilización por vapor. Tipo 2 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B50723**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2026-01-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-12-31**Transition color / Color de transición:** Turns to green. / Vira a verde.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 134 °C - 3.5 min. // 132 °C - 4.0 min.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with ISO 11140-1:2014 and ISO 11140-5:2007 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a las normas ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-5:2007. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **B50723** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 and ISO 11140-5:2007 standards. / El lote de producto **B50723** es conforme a las especificaciones establecidas en las normas ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-5:2007.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO