



April 10th, 2015

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: BD8948X

Product description / Descripción de producto: Bowie & Dick Test Card Chemical Indicator for Steam sterilization processes. Class 2 (EN ISO 11140, parts 1 and 4) / Tarjeta de Prueba de Bowie & Dick para procesos de esterilización por Vapor. Clase 2 (EN ISO 11140, partes 1 y 4).

Batch number / Número de Lote: BD8948X060415

Manufacture date / Fecha de fabricación: 04.2015

Expiration date / Fecha de vencimiento: 04.2020

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde

Process specification / Especificaciones de proceso: 3.5 minutes, 134 °C // 4.0 minutes, 132 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140 (parts 1 and 4). The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140 (partes 1 y 4). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **BD8948X060415** meets the specifications under USP and EN ISO 11140 (parts 1 and 4) regulation. / El lote de producto **BD8948X060415** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140 (partes 1 y 4).



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO