

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

November 06th, 2020Product code / Código de producto: BD8948X

Product description / Descripción de producto: Bowie-Dick test card chemical indicator for Steam sterilization processes. Type 2 (according to ISO 11140-1). / Tarjeta de prueba de Bowie-Dick para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 2 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de Lote: BD8948X271020Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-10Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-10Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a VerdeEndpoint conditions / Condiciones del punto final: 134 °C - 3.5 min. // 132 °C - 4.0 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-4. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-4. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **BD8948X271020** meets the specifications under USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-4 regulation. / El lote de producto **BD8948X271020** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-4.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO