

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

June 21st, 2017Product code / Código de Producto: BDA4

Product description / Descripción de producto: Bowie & Dick Test Sheet for Steam sterilization processes (A4). Type 2 (ISO 11140 parts 1 and 3) / Hoja de Prueba Bowie & Dick para procesos de esterilización por Vapor (A4). Tipo 2 (ISO 11140 partes 1 y 3).

Batch number / Número de Lote: BDA4190517Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-05Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-05Transition color / Color de Transición: Turns to Dark Brown/Black / Vira a Marrón Oscuro/Negro.Process specifications / Especificaciones de proceso: 134 °C , 3.5 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140 standards (parts 1 and 3). The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140 (partes 1 y 3). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **BDA4190517** meets the specifications under USP and ISO 11140 regulation (parts 1 and 3). / El lote de producto **BDA4190517** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140 (partes 1 y 3).



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO