Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

February 8th, 2019

Product code / Código de Producto: BDA4

Product description / Descripción de producto: Bowie & Dick Test Sheet for Steam sterilization processes (A4). Type 2 (ISO 11140 parts 1 and 3). / Hoja de Prueba Bowie & Dick para procesos de esterilización por Vapor (A4). Tipo 2 (ISO 11140 partes 1 y 3).

Batch number / Número de Lote: BDA4150119

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-01

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2024-01

Transition color / Color de Transición: Turns to Dark Brown/Black. / Vira a Marrón Oscuro/Negro.

Process specifications / Especificaciones de proceso: 134 °C, 3.5 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140 standards (parts 1 and 3). The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme conestándares USP e ISO 11140 (partes 1 y 3). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **BDA4150119** meets the specifications under USP and ISO 11140 regulation (parts 1 and 3). / El lote de producto **BDA4150119** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140 (partes 1 y 3).

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO