

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

November 19th, 2019Product code / Código de Producto: BDA4

Product description / Descripción de producto: Bowie & Dick Test Sheet for Steam sterilization processes (A4), type 2 (according to ISO 11140-1). / Hoja de Prueba Bowie & Dick para procesos de esterilización por Vapor (A4), tipo 2 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de Lote: BDA4251019Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-10Expiration date / Fecha de vencimiento: 2024-10Transition color / Color de Transición: Turns to dark brown/black. / Vira a marrón oscuro/negroProcess specifications / Especificaciones de proceso: 134 °C, 3.5 min // 132 °C, 4.0 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-3 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-3. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **BDA4251019** meets the specifications under USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-3 regulation. / El lote de producto **BDA4251019** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-3.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO