

January 13th, 2026**Product code / Código de producto:** BDA4**Product description / Descripción de producto:** Bowie & Dick Test Sheet for steam sterilization processes (A4), type 2 (according to ISO 11140-1:2014 standard). / Hoja de Prueba Bowie & Dick para procesos de esterilización por vapor (A4), tipo 2 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B60013**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2026-01-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-12-31**Transition color / Color de transición:** Turns to dark brown/black. / Vira a marrón oscuro/negro**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 134 °C, 3.5 min // 132 °C, 4.0 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 and ISO 11140-3:2007 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con las normas ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-3:2007. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **B60013** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 and ISO 11140-3:2007 standards. / El lote de producto **B60013** es conforme a las especificaciones establecidas en las normas ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-3:2007.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO