



30-06-10

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: BDA5

Product description / Descripción de producto: Bowie Dick test sheet for steam sterilization processes (A5). Class 2 (EN ISO 11140-1:2009) / Hoja de prueba Bowie Dick para procesos de esterilización por vapor (A5). Clase 2 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: BDA5 07.2010

Manufacture date / Fecha de fabricación: 07.2010

Expiration date / Fecha de vencimiento: 07.2015

Transition color / Color de Transición: Turns to black / Vira a negro.

Process specification / Especificaciones de proceso:

2 min., 134 °C, STEAM

Center: grey, Periphery: orange / Centro: gris, Periferia: anaranjado

3.5 min, 134 °C, STEAM

Center: grey, Periphery: orange / Centro: anaranjado, Periferia: anaranjado

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusión: The product batch **BDA5 07.2010** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **BDA5 07.2010** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO