



07-03-2013

**TERRAGENE**  
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / Código de Producto:** BDA5

**Product description / Descripción de producto:** Bowie Dick test sheet for steam sterilization processes (A5). Class 2 (EN ISO 11140-1:2009) / Hoja de prueba Bowie Dick para procesos de esterilización por vapor (A5). Clase 2 (EN ISO 11140-1:2009)

**Batch number / Número de Lote:** BDA5012013

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 01.2013

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 01.2018

**Transition color / Color de Transición:** Turns to black / Vira a negro.

**Process specification / Especificaciones de proceso:**

2 min., 134 °C, STEAM

Center: yellow, Periphery: black / Centro: amarillo, Periferia: negro

3.5 min, 134 °C, STEAM

Center: black, Periphery: black / Centro: negro, Periferia: negro

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**Conclusión:** The product batch **BDA5012013** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **BDA5012013** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

  
TERRAGENE S.R.L.  
Lic. Adrian Revetto  
DIRECTOR TECNICO