



16-04-2013

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: BDA5

Product description / Descripción de producto: Bowie Dick test sheet for steam sterilization processes (A5). Class 2 (EN ISO 11140-1:2009) / Hoja de prueba Bowie Dick para procesos de esterilización por vapor (A5). Clase 2 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: BDA5042013

Manufacture date / Fecha de fabricación: 04.2013

Expiration date / Fecha de vencimiento: 04.2018

Transition color / Color de Transición: Turns to black / Vira a negro.

Process specification / Especificaciones de proceso:

2 min., 134 °C, STEAM

Center: yellow, Periphery: black / Centro: amarillo, Periferia: negro

3.5 min, 134 °C, STEAM

Center: black, Periphery: black / Centro: negro, Periferia: negro

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusión: The product batch **BDA5042013** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **BDA5042013** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.


TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrian Rovetto
DIRECTOR TECNICO