



01-2014

**TERRAGENE**  
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

**Product Quality Certificate / Certificado De Calidad De Producto**

**Product code / Código de Producto:** BDA5

**Product description / Descripción de producto:** Bowie Dick Test Sheet for Steam sterilization processes (A5). Class 2 (EN ISO 11140-1:2009) / Hoja de prueba Bowie Dick para procesos de esterilización por Vapor (A5). Clase 2 (EN ISO 1114-1:2009).

**Batch number / Número de Lote:** BDA5012014

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 01.2014

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 01.2019

**Transition color / Color de Transición:** Turns to Black / Vira a Negro.

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 3.5 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSIÓN:** The product batch **BDA5012014** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **BDA5012014** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

  
TERRAGENE S.R.L.  
L. Gómez, Presidente  
Diseño Industrial