



July 6th, 2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: BDA5

Product description / Descripción de producto: Bowie & Dick Test Sheet for Steam sterilization processes (A5). Type 2 (ISO 11140 parts 1, 3 and 5) / Hoja de Prueba Bowie & Dick para procesos de esterilización por Vapor (A5). Tipo 2 (ISO 11140 partes 1, 3 y 5).

Batch number / Número de lote: BDA5170516

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2016-05

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2021-05

Transition color / Color de Transición: Turns to Black / Vira a Negro.

Process specification / Especificaciones de proceso: 3.5 minutes, 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140 (parts 1, 3 and 5). The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140 (partes 1, 3 y 5). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: Product batch **BDA5170516** meets the specifications under USP and ISO 11140 (parts 1, 3 and 5) / El lote de producto **BDA5170516** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y ISO 11140 (partes 1, 3 y 5).



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO