

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

October 30th, 2017

Product code / Código de Producto: BDA5

Product description / Descripción de producto: Bowie & Dick Test Sheet for Steam sterilization processes (A5). Type 2 (ISO 11140-1) / Hoja de Prueba Bowie & Dick para procesos de esterilización por Vapor (A5). Tipo 2 (ISO 11140-1).

Batch number / Número de Lote: BDA5060917

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-09

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-09

Transition color / Color de Transición: Turns to Dark Brown/Black/Vira a Marrón Oscuro/Negro.

Process specification / Especificaciones de proceso: 134 °C – 3.5 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **BDA5060917** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **BDA5060917** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO