

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

December 30th, 2019Product code / Código de Producto: BDA5

Product description / Descripción de producto: Bowie-Dick Test Sheet (A5) for Steam sterilization processes, type 2 (according to ISO 11140-1). / Hoja de Prueba Bowie-Dick (A5) para procesos de esterilización por Vapor, tipo 2 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de Lote: BDA5151119Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-11Expiration date / Fecha de vencimiento: 2024-11Transition color / Color de Transición: Turns to Dark Brown/Black. / Vira a Marrón Oscuro/Negro.Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 134 °C - 3.5 min // 132 °C - 4 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **BDA5151119** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **BDA5151119** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO