



21-05-09

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD12

Product description / Descripción de producto: Chemical indicator for EO sterilization process. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador químico para procesos de esterilización por OE. Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD12 010410

Manufacture date / Fecha de fabricación: 04.2010

Expiration date / Fecha de vencimiento: 04.2015

Transition color / Color de Transición: Turns to yellow / Vira a amarillo.

Process specification / Especificaciones de proceso: 600 mg/l de EO, 60% HR, 30 °C, 20 min.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD12 010410** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD12 010410** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.


TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO