



June 4th, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD12

Product description / Descripción de producto: Chemical indicator for EO sterilization processes. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador químico para procesos de esterilización por OE. Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de Lote: CD12040614

Manufacture date / Fecha de fabricación: 06.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 06.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to Yellow / Vira a Amarillo

Process specification / Especificaciones de proceso: 20 min., 54 °C, 60% RH, 600 mg/l EO // 30 min., 30 °C, 60% RH, 600 mg/l EO.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **CD12040614** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD12040614** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.R.L.
Lio. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO