



August 26th, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: CD12

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for EO sterilization processes. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por EO. Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de lote: CD12250814

Manufacture date / Fecha de fabricación: 08.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 08.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to Yellow / Vira a Amarillo

Process specification / Especificaciones de proceso: 20 min., 54 °C, 60 % RH, 600 mg/l EO // 30 min., 30 °C, 60 % RH, 600 mg/l EO

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP and ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: Product batch **CD12250814** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2009 / El lote de producto **CD12250814** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP and ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO