

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

July 20th, 2018Product code / Código de producto: CD12

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for EO sterilization processes. Type 1 (ISO 11140-1:2014). / Indicador Químico para procesos de esterilización por OE. Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CD12050418Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-04Expiration date / Fecha de vencimiento: 2023-04Transition color / Color de transición: Turns to Yellow / Vira a Amarillo.Process specification / Especificaciones de proceso: 20 min., 54 °C, 60 % RH, 600 mg/l EO // 25 min., 37 °C, 60 % HR, 600 mg/l OE

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD12050418** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **CD12050418** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO